No. 152PA-0249

2019 年 9 月

お客様各位

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

安全管理責任者　鈴木 利雄

EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ　OLYMPUS TJF-Q290V の取り扱いについてのお願い

拝啓　貴院ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社が製造販売しております EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V につきまして、海外販売品の同型である TJF-Q190V において、内視鏡の先端部からの空気漏れの発生が増加しているとの報告を受けました。TJF-Q290V では、より安心で確実な洗浄消毒のサポートを実現するため、新たに鉗子起上ワイヤーの内装化を採用しております。本仕様を実現するため、内視鏡の先端部にはアームカバー（蓋）が構成されておりますが、非常に精密な構造となっておりますので、本製品を取り扱いいただく上での注意点を、あらためてご案内させていただきます。

敬具

記

【同封資料】

・十二指腸ビデオスコープ　OLYMPUS TJF-Q290V の取り扱いについてのお願い（本紙）・・・・・・ 1 通

・「TJF-Q290V 取り扱い上の注意点」 下敷き　・・・・・・ 1 部

・「TJF-Q290V 取り扱い上の注意点」 ポスター　・・・・・・ 1 部

【問い合わせ先】

ご不明な点・ご質問等につきましては、弊社支店・営業所または内視鏡お客様相談センター（0120-41-7149）までお問合せください。

以上