TJF-Q290V 取り扱い上の注意点（洗浄室編）

十二指腸鏡 TJF-Q290V の特徴

EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V は、効率的なリプロセッシングのために、取外し可能な先端カバーを採用しています。また、内視鏡先端内部には、繊細な機構が搭載されています。

取扱説明書 操作編 に記載されている警告

内視鏡の先端部、軟性部、湾曲部、操作部、ユニバーサルコード、スコープコネクター部をぶつけたり、落下させたりしないこと。また、強い力で曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないこと。機器が破損し、体腔内を傷付けたり、熱傷、出血、穿孔、部品の脱落のおそれがあります。

* このシートに記載の内容は参考用のものです。詳細については、装置に付属の説明書を参照してください。

Not Good



先端部が把持されていない



先端部が棚などに衝突するかもしれません

先端部が把持されていない

先端部がシンクに衝突するかもしれません

先端部が把持されていない

先端部がシンクに衝突するかもしれません

Good

先端部が振れないようにしっかり把持して下さい

シンクに置くまで、先端部をしっかり把持して下さい

TJF-Q290V 取り扱い上の注意点（検査室編）

十二指腸鏡 TJF-Q290V の特徴

EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290Vは、効率的なリプロセッシングのために、取外し可能な先端カバーを採用しています。また、内視鏡先端内部には、繊細な機構が搭載されています。

取扱説明書 操作編 に記載されている警告

内視鏡の先端部、軟性部、湾曲部、操作部、ユニバーサルコード、スコープコネクター部をぶつけたり、落下させたりしないこと。また、強い力で曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないこと。機器が破損し、体腔内を傷付けたり、熱傷、出血、穿孔、部品の脱落のおそれがあります。

* このシートに記載の内容は参考用のものです。詳細については、装置に付属の説明書を参照してください。

Not Good



揺れている挿入部から手を離す

先端部がトロリーに衝突するかもしれません



先端部がワゴンに衝突するかもしれません

挿入部を不安定に設置

予期しない接触で挿入部が落下するかもしれません

Good

揺れが落ち着くまで挿入部を把持して下さい

挿入部は鉛直方向に架けて下さい

● 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

オリンパス株式会社
〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス
www.olympus.co.jp

N8601580-072019