

重要なお知らせ

2019年10月29日

医療機関 各位

オリンパス株式会社

電気用品安全法に関わる不備について

拝啓 貴院ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社製モバイルワークステーション WM-NP2、コンパクトトロリーTC-C4、エナジーカート TC-E300等につきましては、電気用品安全法の不備が判明いたしました。

対象製品につきましては、電気用品安全法に基づく是正措置を実施いたしました。なお、これら対象製品の安全を確認しておりますので、既にお使いいただいている製品につきましては今まで通りご使用いただけます。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

今後このような事態が再発することがないように、法規の遵守を徹底する所存でございますので、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

分類	モデル名	販売期間
モバイルワークステーション	WM-NP2	2011年9月～現在
	WM-NP1	2006年1月～2016年1月
	WM-WP1	2006年1月～2014年7月
	WM-260	2003年4月～2006年3月
	WM-W260	2003年4月～2006年3月
コンパクトトロリー	TC-C4	2018年1月～現在
エナジーカート	TC-E300	2019年5月～現在
ワークトロリー	WM-30	2003年4月～2004年3月

2. 不備内容

事業届出：電気用品安全法で規定された事業届を提出しておりませんでした。

表示内容：電気用品安全法で規定されたPSEマークの表示をしておりませんでした。

3. 安全に関して

電気用品安全法に基づく安全確認はできておりますので、引き続き、ご利用いただいても安全上の問題はございません。

以上